


## AEDの操作手順

- ①電源を入ると  
音声の指示が始まります。


ふたを開けると  
電源が入るもの  
あります



- ②電極パッドを貼ります。  
位置はパッド等にも描いてあるので、その指示に従います。



しっかりと皮膚に  
密着するように貼る




胸が汗などでぬれている場合は拭き取ってから貼ります。  
シップ薬など何か貼られていたらはがします。  
ペースメーカーなど皮膚の下に何か埋め込まれている場合は  
そこを避けて貼ります(皮膚の下に硬いこぶのようなものがあり  
ます)。  
就学前のこどもには、こども用パッドか小児モードに切りかえ  
ます。ない場合はおとなと同じパッドを使います。

パッドを貼る作業中も胸骨圧迫は続けます。

- ③自動的に心電図を解析し、音声などで指示が出されます。

AEDが心電図の解析を始めたら胸骨圧迫をやめ、倒れている人から離れます。

- ④まわりの人に注意し、だれも触れていないことを確認し、  
ショックボタンを押します。



ショックボタン  
を押す



感電に  
注意!!

電気ショックが必要な場合は「電気ショックが必要です」と音声  
が流れ、充電が始まります。  
充電が終わり、「ショックボタンを押してください」の音声や充  
電終了の連続音が流れ、ショックボタンが点滅します。  
「離れて」とまわりの人に注意し、だれも触れていないことを確  
認し、ショックボタンを押します。

電気ショック後はすぐに胸骨圧迫を再開します。AEDはまた心  
電図を解析して、2分ごとに電気ショックが必要か否かを指示  
してくれるので、それに従います。

### 📍 AED設置場所一覧

No.	設置場所	住所	地図	No.	設置場所	住所	地図	No.	設置場所	住所	地図
1	白鳥消防詰所	白鳥	①A-2	15	泉平多目的施設	泉平	①C-4	29	北野天満温泉	北野	④D-1
2	平滝消防詰所	平滝	①D-2	16	月岡消防詰所	月岡	①E-3	30	天代公民館	天代	④D-1
3	フランセーズ悠 さかえ	平滝	①D-2	17	小滝公民館(消防詰所)	小滝	②B-5	31	極野公民館	極野	④C-3
4	青倉公民館	青倉	②C-2	18	野田沢山本宅玄関	野田沢	③B-1	32	坪野公民館	坪野	④B-2
5	さかえ倶楽部スキー場	青倉	②C-1	19	大久保公民館	大久保	③A-4	33	秋山郷総合センター	小赤沢	⑥D-1
6	栄村役場	森	②D-3	20	志久見消防詰所	志久見	②E-4	34	小赤沢公民館	小赤沢	⑥D-2
7	高齢者総合福祉センター	森	②D-3	21	共栄建設車庫	柳在家	②E-5	35	楽養館	小赤沢	⑥D-2
8	森宮野原駅	森	②D-3	22	切欠斎藤宅車庫	切欠	③E-1	36	五宝木公民館	五宝木	⑥B-2
9	道の駅信越さかえ物産館	森	②E-3	23	東部社会体育館	長瀬	③E-3	37	秋山小学校	屋敷	⑥C-3
10	中条温泉トマトの国	森	②C-1	24	長瀬消防詰所	長瀬	③E-3	38	屋敷公民館	屋敷	⑥C-3
11	栄中学校	森	②E-2	25	原向消防詰所	原向	③D-4	39	上野原公民館	上野原	⑥C-5
12	栄小学校	横倉	②A-4	26	笹原作業所	笹原	③E-5	40	のよさの里	上野原	⑥C-1
13	横倉第2団地通路	横倉	②A-4	27	当部藤木宅車庫	当部	③D-5	41	和山公民館	和山	⑥C-2
14	箕作公民館(消防詰所)	箕作	①E-2	28	北野公民館	北野	④D-1	42	雄川閣	切明	⑥C-5